2026年上海市室内空气甲醛检测盲样考核结果通知书

上海莱缇检测认证集团有限公司：

你机构在参加上海市市场监督管理局组织的“2026年上海市室内空气甲醛检测盲样考核”项目中，所报送的检测数据评价结果为：合格。

实验室代码：JC-069

检测参数	样品编号	机构检测结果	统计结果（D值）	评价结果
甲醛	097	0.935	0.028	合格

注：|D|≤0.049时，结果为合格；

|D|＞0.049时，结果为不合格。

如无异议，请填写《盲样考核结果确认单》（见附件）并加盖公章邮寄至盲样考核项目承担单位。

承担单位：上海市室内环境净化行业协会

联系地址：上海市静安区共和新路3088弄7号楼西侧306

联 系 人：赵娟

联系电话：66316517转816分机

电子邮箱：jinghuaxiehui@jhxh.org.cn

上海市市场监督管理局

2026年8月12日